

# 楚雄彝族自治州精神病医院

---

## 楚雄彝族自治州精神病医院多导睡眠监测仪 采购项目更正公告

### 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：CXZC2025-G1-00469-WHZB-0013

原公告的采购项目名称：楚雄彝族自治州精神病医院多导睡眠监测仪采购项目

首次公告日期：2025 年 8 月 1 日

### 二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1、更正事项：第四章 采购需求及要求“二、技术要求 1、多导睡眠监测仪（通道数：≥80 导，脑电≥32 导）设备技术参数”

更正前内容：硬件部分指标：“1.15 ▲具有压力滴定系统，可匹配任何呼吸机压力滴定。配备至少 6 个模式功能压力滴定呼吸机，同时可在工作站电脑进行远程调压，并可生成处方报告”；“睡眠软件部分指标：3.1 配备儿童胸腹带及血氧探头一套。”更正后内容：硬件部分指标：“1.15 ▲具有压力滴定系统，可匹配任何呼吸机压力滴定。同时可在工作站电脑进行远程调压，并可生成处方报告”；“睡眠软件部分指标：3.1 配备儿童胸腹带及血氧探头，总数一套。”

---

2、更正事项：第四章 采购需求及要求“二、技术要求 2、多导睡眠监测仪（通道数：≥45 导，脑电≥8 导）设备技术参数”更正前内容：睡眠软件部分指标：4.12 ▲具有压力滴定系统，可匹配任何呼吸机压力滴定。配备至少 6 个模式功能压力滴定呼吸机，同时可在工作站电脑进行远程调压，并可生成处方报告。更正后内容：睡眠软件部分指标：4.12 ▲具有压力滴定系统，可匹配任何呼吸机压力滴定。

3、更正事项：第四章 采购需求及要求“二、技术要求 1、多导睡眠监测仪（通道数：≥80 导，脑电≥32 导）设备技术参数”更正前内容：★系统配置（实质性内容，必须满足项）“6、打印机：自动双面彩色打印机（A3,A4）”更正后内容：★系统配置（实质性内容，必须满足项）“6、打印机：配套自动双面彩色打印机（A4），总数一台。

4、更正事项：第四章 采购需求及要求“二、技术要求 2、多导睡眠监测仪（通道数：≥45 导，脑电≥8 导）设备技术参数”更正前内容：★系统配置（实质性内容，必须满足项）“6、打印机：自动双面彩色打印机（A3,A4）”更正后内容：删除该内容。

5、更正事项：第四章 采购需求及要求“★三、其他商务要求 11.信息接口”更正前内容：与医院的 HIS 系统实现无缝对接，接口费用由中标方承担。更正后内容：医院现有信息化系统（HIS）服务商为深圳坐标软件集团有限公司。若因信息化建设需要本项目设备与该系统对接，中标人须积极配合并免费进行对接。

(提供承诺函)。

更正日期：2025 年 8 月 5 日

### 三、其他补充事宜

对采购文件“第四章 采购需求及要求”部分内容更正，其余内容不变。

### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

#### (一) 采购人信息

名 称：楚雄彝族自治州精神病医院

地 址：楚雄市阳光大道 344 号

联系方式：0878-6169698

#### (二) 招标代理机构信息

名 称：楚雄旺汇建设工程招标有限公司

地 址：楚雄市鹿城镇蜜郡巷 28 号

联系方式：0878-3115788

#### (三) 项目联系方式

项目联系人：张鹏、李翠珍、李薪宇、彭斯杰、凌沐星  
电 话：0878-3115788、18887806464

